

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm., suddivisa in 4 lotti funzionali per l'affidamento della fornitura di strumentazione scientifica e servizi accessori necessaria per infrastruttura di ricerca progetto "Studio genomico della malattia di Alzheimer e nelle demenze associate all'invecchiamento nella popolazione fondatrice sarda" - GENOMAD - COD.LOC.PROG.T3-MZ-16 - CUP J83C22001040001 - PIANO SVILUPPO E COESIONE SALUTE (FSC 2014-2020) – TRAIETTORIA 3 – LINEA DI AZIONE 3.1.

N. GARA ASP 5499968

FAQ n°1

DOMANDA

I CIG sul portale Anac risultano associati in modo errato rispetto alla documentazione di gara.

RISPOSTA

Sono stati rettificati i documenti di gara allineando i CIG con quelli presenti nella BDNCP, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata conseguentemente prorogata al 18 settembre 2025 ore 12:00.

FAQ n°2

DOMANDA

In relazione al Lotto 2 della gara 5499968:

- a) quanti campioni devono correre per volta?
- b) Devono correre DNA o RNA?
- c) È richiesto uno strumento da 16 campioni o da 96?

RISPOSTA

a) Quanti campioni devono correre per volta?

- È un valore che non è possibile predeterminare. Si potrebbe avere necessità di far correre anche un singolo campione. Per questo motivo nel Capitolato Speciale d'appalto si richiede la massima flessibilità nella gestione dei campioni

b) Devono correre DNA o RNA?

- Nel Capitolato Speciale d'appalto si parla espressamente di "controllo qualitativo degli Acidi Nucleici". DNA e RNA sono entrambi acidi nucleici.

c) È richiesto uno strumento da 16 campioni o da 96?

- Non si necessita di uno strumento high-throughput.

FAQ n°3

DOMANDA

Si chiede di voler confermare se, nel rispetto del principio di equivalenza tecnica previsto dalla normativa vigente, è possibile partecipare alla gara con le soluzioni alternative che soddisfano gli stessi requisiti funzionali e prestazionali.

RISPOSTA

Si applica quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, art. 79 e allegato II.5, e dal Disciplinare di gara all'art. 13 che a pagina 37 recita: <<L' "Offerta tecnica" deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale d'appalto per ciascun lotto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza>>.

Il RUP

Caterina Testone