



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E DEI SERVIZI
ACCESSORI NECESSARI PER IL LABORATORIO DI MODELLISTICA FISICA E VIRTUALE DEL
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SASSARI, PREVISTO DALL'ART. 13, C. 19, DELLA L.R. 1/2023, DI CUI ALLA CONVENZIONE N.
12, PROT. N. 7297 DEL 09.06.2023 (FINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA).**

FAQ al 16.12.2025

Domanda 1: Potreste specificare il vostro codice fiscale che dobbiamo indicare obbligatoriamente nel DGUE?

Risposta 1: Nel DGUE è già presente il codice fiscale (00196350904) della Stazione Appaltante.

Domanda 2: Visto che il periodo di svolgimento della gara coincide con le festività, è possibile per voi valutare un posticipo della scadenza **ad almeno tutto il 16/01/2026?**

Risposta 2: Ad oggi non è prevista una proroga.

Domanda 3: con riferimento alla compilazione richiesta al punto 8 (“ulteriori dichiarazioni”) - si cita testualmente – si dichiara di “di accettare il patto d'integrità/protocollo di legalità di cui [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. ... del ...] accessibile al seguente link”:

a.1) è sufficiente rispondere “di accettare il patto di integrità come da documento “Allegato D - Patto di integrità”?

Segnaliamo che la pagina al vs. link:

https://uniss.amministrazione.transparente.cineca.it/contenuto35728_patto-di-integrit_772.html risulta non raggiungibile.

a.2) cosa si intende con “Protocollo di legalità”? Trattasi di un documento da visionare o sottoscrivere oppure si riferisce alle varie dichiarazioni relative alle clausole di esclusione richiamate nel bando di gara?

Risposta 3: è sufficiente accettare il patto di integrità riportato per esteso nell'allegato D.

Domanda 4 per il versamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 con modalità di pagamento F24 ELIDE, potreste specificare quale è il codice contributo da utilizzare?

Risposta 4: Il codice da utilizzare è 1573.

Domanda 5: Ai sensi dell'art. 106, c. 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese. Necessitate di documentazione a comprova di tale requisito e, se si, quale?

Risposta 5: La sola dichiarazione di essere una Micro, Piccola o Media impresa.

Domanda 6: Nei requisiti tecnici viene richiesto un laser CO2, il sistema che vorremmo proporre ha un laser CO che è in grado soddisfare tutti i requisiti tecnici richiesti: è accettabile da voi?

Risposta 6: Si applica quanto previsto dall'art. 79 e dall'allegato II.5 del D.Lgs 36/2023 e riportato dal Disciplinare di gara all'art. 15 e pag 37 che cita “L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico per ciascun lotto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza”.



Domanda 7: Viene richiesta una stazione automatizzata di separazione dei pezzi stampati dalla polvere non sinterizzata. Si intende una spacchettatrice del job dal telaio intercambiabile, oppure una stazione di post-processing che ripulisca automaticamente le parti dalla polvere che aderisce naturalmente al termine del processo di stampa?

Risposta 7: Con l'espressione richiamata si intende una spacchettatrice del job dal telaio intercambiabile. Ad ogni buon conto, si fa notare che nel capitolato è incluso un sistema di sabbiatura automatizzato per la pulizia e levigatura di superfici di parti stampate in 3D, volto ad assolvere anche al compito di ripulire automaticamente le parti dalla polvere che aderisce naturalmente al termine del processo di stampa.

Domanda 8: preghiamo voler fornire le seguenti indicazioni per la corretta compilazione del mod. F24 Elide:

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

1. nel campo "tipo", quale la lettera da indicare?
2. nel campo "anno di riferimento", quale anno da indicarsi?
3. nei campi "codice ufficio" e "codice atto", quali riferimenti indicare?

Risposta 8:

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

1. nel campo "tipo", quale la lettera da indicare? R
2. nel campo "anno di riferimento", quale anno da indicarsi? 2025
3. nei campi "codice ufficio" e "codice atto", quali riferimenti indicare? Nessun valore

Domanda 9: Si richiede la misura luce netta porta di ingresso dal piano strada al laboratorio, al netto di eventuali stipiti

Risposta 9: La luce netta della porta di ingresso dal piano strada al laboratorio, al netto degli stipiti, è pari a m 1,28.

Domanda 10: È presente un gradino visibile durante il sopralluogo dal piano strada al piano del laboratorio; confermate che realizzerete - a vostra cura e carico - uno scivolo per poter trasportare in sicurezza i macchinari dal piano strada al piano del laboratorio?

Risposta 10: Lo scrivente realizzerà, a propria cura e carico, uno scivolo idoneo alla movimentazione in sicurezza dei macchinari dal piano strada al piano del laboratorio.

Alghero (SS), 16.12.2025

Il RUP

Dott.ssa Rosanna Udanch