

OGGETTO Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPE E ARREDI TECNICI NUOVO EDIFICIO FARMACIA POLO DI MONSERRATO SASSARI CUP J84D22001620006 - CPV: 39141500-7 CPV: 3918000-4 CPV: 39180000-7 - Cui: 00196350904+2022+2+0054

CIG BC90A70449

SCHEDA OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI NATURA TABELLARE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
nato ila.....
in qualità di ☐ Legale rappresentante ☐ Procuratore
dell'impresa
con sede in
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
telefono
con codice fiscale n
con partita IVA n

DICHIARA

ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara
- consapevole che il punteggio per ogni singolo subcriterio deve risultare accompagnato da specifica e distinta certificazione, autocertificazione di documentazione del singolo requisito posseduto;
- consapevole che la mancanza di specifica e distinta certificazione o autocertificazione porterà alla NON ASSEGNAZIONE dello specifico punteggio da parte della commissione;
- consapevole che la commissione nella sua autonoma e specifica valutazione del singolo criterio potrà portare alla eventuale NON ASSEGNAZIONE di punteggi non suffragati da sufficiente o idonea certificazione o autocertificazione di documentazione.

NB barrare l'offerta di interesse per singolo subcriterio

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T MAX	CERTIFICAZIONE O DOCUMENTO SI/NO
1	1. CARATTERISTE CHE COSTRUTTIVE STRUTTURALI/FUNZIONALI	26	1.1 Certificazioni dell'arredo	5	Rilasciate da ente TUV	○ 5 punti	
					Rilasciate da altro ente	○ 4 punti	
					autocertificazioni	○ 0 punti	

			1.2 Alzata tecnica e struttura banco : materiale	5	Struttura portante e pannelli porta utenze realizzati in acciaio verniciato	☐ 5 punti	
					Struttura portante e pannelli porta utenze realizzati in altri materiali (alluminio /materiale plastico)	☐ 2 punti	
			1.3 Struttura portante della cappa	5	Configurazione a "U rovescia"	☐ 5 punti	
					Configurazione a "C"	☐ 2 punti	
					Altre configurazioni	☐ 0 punti	
			1.4 Cappe chimiche: larghezza utile dell'accesso al piano misurata sul fronte cappa. (riferito ad una cappa chimica con larghezza pari a 1800mm)	6	≥ di 1700mm (pari a circa il 95%) in tutte le posizioni inclusa la zona di accesso alla cappa	☐ 6 punti	
					≥ di 1650 e < di 1700mm in tutte le posizioni inclusa la zona di accesso alla cappa	☐ 3 punti	
					Altre dimensioni	☐ 0 punti	
			1.5. Presenza di flusso di supporto interno cappa certificato (il certificato secondo la EN 14175 da allegare in fase di gara deve esplicitare il modello con la presenza del flusso di supporto) -Al fine di garantire una maggiore sicurezza per l'operatore le cappe potranno essere fornite di dispositivo posizionato sotto il piano di lavoro utile a convogliare i flussi d'aria d'ingresso verso la canalizzazione	5	Punti per presenza dispositivo.	☐ 5 punti	
					Punti per assenza dispositivo.	☐ 0 punti	
3	3. TIPOLOGIA DI GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA	...15	3.1 Estensione della garanzia standard sul materiale e sulle parti di ricambio fornito superiore ai 24 mesi. Saranno assegnati 0 punti se non verranno proposte migliorie e assegnati punti all'offerta che garantirà una maggiore garanzia rispetto i 24 mesi richiesti fino ad un massimo di 48 mesi	5	estensione di ulteriori 24 mesi 5 punti	☐ 5 punti	
					estensione di ulteriori 12 mesi 2,5 punti	☐ 2,5 punti	
					nessuna miglioria	☐ 0 punti	
			3.2 Supporto tecnico - Viene valutato come servizio il supporto nella prima messa in funzione da parte di un tecnico specializzato. L'operatore economico può garantire all'Amministrazione alcune giornate (6 ore ciascuna) di formazione	5	5 giornate	☐ 5 punti	
					2 giornate	☐ 2 punti	

			sull'uso delle cappe, dei DPC, breve corso sul rischio chimico e sulle normative vigenti. - Per ottenere tale punteggio è necessario allegare una dichiarazione per concedere il supporto di tecnici.		Nessuna giornata	☐ 0 punti	
			3.3 Disponibilità pezzi di ricambio e della serie arredi /cappe fino a 10 anni rispetto ai 5 richiesti in Capitolato	5	8 anni	☐ 5 punti	
					5 anni	☐ 3 punti	
					Fino a 5 anni come da Capitolato	☐ 0 punti	
4	4. PROGETTAZIONE LAYOUT IN BIM MAX PUNTI 5	5	Progettazione esecutiva parti arredi con l'utilizzo di metodologia BIM secondo la norma UNI 11337 -ISO 19650 allegato I9 del Codice Appalti con BIM coordinator interno all'azienda	5	Il punteggio sarà attribuito all'azienda che ha nel proprio organico la figura del BIM coordinator.	☐ 5 punti	
5	5. CERTIFICAZIONI AZIENDALI SU SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA	10	Possesso Certificazione PEFC	4	posseduta dal Produttore dell'arredo	☐ 4 punti	
					posseduta solamente dal fornitore di materiale ligneo	☐ 2 punti	
			Possesso certificazione EN 50001:2018	4	posseduto dal produttore arredi tecnici	☐ 4 punti	
			Possesso certificazione EN 45001:2018	2	posseduto dal produttore arredi tecnici	☐ 2 punti	

TOTALE _____ Punti

DICHIARA INOLTRE

Di allegare n _____ copie conformi all'originale delle suddette certificazioni o autocertificazioni di documentazione

FIRMA DIGITALE

N.B: Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura.